

Berlin, März 2019

Dr. Mann chem.-pharm. Fabrik informiert:

Die dreisprachige Gebrauchsanweisung von Artelac® Rebalance enthält im deutschsprachigen Teil einen Übersetzungsfehler.

Der fehlerhafte Satz lautet:

Stellen Sie sicher, dass die Tropfspitze in Kontakt mit Ihren Fingern kommt.

Korrekt müsste es heißen:

Stellen Sie sicher, dass die Tropfspitze nicht in Kontakt mit Ihren Fingern kommt.

Präparat	betroffene Chargen
Artelac® Rebalance	017, 027, 058, 068, 088, 118, 138, 188, 218, 228

Die derzeit noch im Handel befindlichen Packungen können ohne Einschränkungen genutzt werden.

Die aktuelle Gebrauchsanweisung für Artelac® Rebalance steht jederzeit auf unserer Bausch + Lomb Website als Download zur Verfügung.

Wir bitten Sie, die Ihnen hierdurch entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Kunden-Service-Center unter der Telefonnummer 0800 – 0909 490 90 zur Verfügung.